

عنوان کنترل : CON Pos

عنوان آزمایش : Anti Phospholipid Ab ((IgM)(screening

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰:

سری ساخت : ۲۱۲۵۰

عنوان دستگاه : الیزا ریدر

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۸	۶.۶۶۷	۲۹.۹۹۹	۳۶.۶۶۶	۴۳.۳۳۳	۵۰	۵۶.۶۶۷	۶۳.۳۳۴	۷۰.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۹

CV%: 8.124	SD: 4.284	Mean: 52.733
------------	-----------	--------------

