

عنوان آزمایش : Anti TTG (IgA)

عنوان دستگاه : الیزا ریدر

سری ساخت : 20239

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1399/09/17

کنترل داخل کیت مثبت

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
66.304	62.236	58.168	54.1	50.032	45.964	41.896	4.068	7.52

تاریخ	مقدار
14/04/1400	55.3
20/04/1400	59.3

تاریخ	مقدار
07/04/1400	55.3
09/04/1400	59

تاریخ	مقدار
02/04/1400	58.1
05/04/1400	57

Mean: 57.333	SD: 1.767	CV%: 3.082
--------------	-----------	------------

