

عنوان آزمایش : (Anti TTG (IgA
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۲۰۲۳۹
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷:
عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
مثبت

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۶.۵۵۲	۳.۶۲۲	۴۴.۴۱۱	۴۸.۰۳۳	۵۱.۶۵۵	۵۵.۲۷۷	۵۸.۸۹۹	۶۲.۵۲۱	۶۶.۱۴۳

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۵۴.۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۹

مقدار	تاریخ
۵۹.۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۵۳.۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۵

CV%: 5.031	SD: 2.851	Mean: 56.675
------------	-----------	--------------

