

عنوان آزمایش : (Anti TTG (IgA
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۲۰۲۳۹ : سری ساخت :
کنترل داخل کیت مثبت : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷:

%CV	SD	SD ²⁻	SD ²⁻	SD ¹⁻	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۶.۵۲۴	۳.۶۶۴	۴۵.۱۷۵	۴۸.۸۳۹	۵۲.۵۰۳	۵۶.۱۶۷	۵۹.۸۳۱	۶۳.۴۹۵	۶۷.۱۵۹

مقدار	تاریخ
۶۰.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۷

مقدار	تاریخ
۶۱.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۴

مقدار	تاریخ
۵۵.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۲

CV%: 5.077	SD: 3.009	Mean: 59.267
------------	-----------	--------------

