

عنوان آزمایش : Anti TTG (IgA)
عنوان دستگاه : الیزاریدر

سری ساخت : ۲۰۲۳۹

عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

کنترل داخل کیت مثبت

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
65.615	61.229	56.843	52.457	48.071	43.685	39.299	4.386	8.362

تاریخ	مقدار
26/12/1399	50.6

تاریخ	مقدار
17/12/1399	50
18/12/1399	55.1
19/12/1399	54.9
24/12/1399	55

تاریخ	مقدار
03/12/1399	53.6
05/12/1399	59.1
10/12/1399	55
12/12/1399	51

Mean: 53.811	SD: 2.882	CV%: 5.355
--------------	-----------	------------

