

عنوان کنترل : کنترل مثبت

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

سری ساخت : ۱۸۰۴۰

عنوان آزمایش : (Anti TTG (IgG

عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰.۶۱۸	۶.۱۸۴	۳۹.۶۸۸	۴۵.۸۷۲	۵۲.۰۵۶	۵۸.۲۴	۶۴.۴۲۴	۷۰.۶۰۸	۷۶.۷۹۲

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۵۱.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۶۶.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۶۴.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۶۰.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۴۹.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۴

مقدار	تاریخ
۶۲.۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۵۷.۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۶۳.۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۴۸.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 12.022	SD: 6.84	Mean: 56.892
-------------	----------	--------------

