

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی 917

سری ساخت : BP121

عنوان کنترل : pts con
شروع کنترل : 1400/09/04

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
2.03	1.89	1.75	1.61	1.47	1.33	1.19	0.14	3.8

تاریخ	مقدار
19/10/1400	1.9
21/10/1400	1.64
28/10/1400	1.69
30/10/1400	1.74
03/11/1400	1.78

تاریخ	مقدار
30/09/1400	1.77
02/10/1400	1.74
05/10/1400	1.71
07/10/1400	1.77
09/10/1400	1.84
12/10/1400	1.6
14/10/1400	1.65
18/10/1400	1.87

تاریخ	مقدار
11/09/1400	1.78
14/09/1400	1.79
16/09/1400	1.75
18/09/1400	1.75
21/09/1400	1.81
23/09/1400	1.6
25/09/1400	1.7
28/09/1400	1.72

Mean: 1.743	SD: 0.08	CV%: 4.583
-------------	----------	------------



pts con

عنوان کنترل

اطلاعات

سری ساخت : BP121

آرشیو

شروع کنترل : 1400/09/04

مقدار

تاریخ

1.78	1400/09/11
1.79	1400/09/14
1.75	1400/09/16
1.75	1400/09/18
1.81	1400/09/21
1.6	1400/09/23
1.7	1400/09/25
1.72	1400/09/28
1.77	1400/09/30
1.74	1400/10/02
1.71	1400/10/05
1.77	1400/10/07
1.84	1400/10/09
1.6	1400/10/12
1.65	1400/10/14
1.87	1400/10/18
1.9	1400/10/19
1.64	1400/10/21
1.69	1400/10/28
1.74	1400/10/30
1.78	1400/11/03

Mean: 1.743

SD: 0.08

CV%: 4.583

6σ

هیناجی 917

