

عنوان کنترل : pts con  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۹/۰۴:

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA  
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷  
سری ساخت : BP121

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۶۸۱	۰.۰۸۱	۱.۴۹۸	۱.۵۷۹	۱.۶۶	۱.۷۴۱	۱.۸۲۲	۱.۹۰۳	۱.۹۸۴

مقدار	تاریخ
۱.۶۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۱.۷۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۱.۷۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱.۷۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۱.۷۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۱.۵۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱.۸۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۱.۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲

CV%: 4.446	SD: 0.078	Mean: 1.757
------------	-----------	-------------

