

عنوان کنترل : pts con
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۰۴:

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP121

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۵۴۸	۰.۰۷۹	۱.۵۰۹	۱.۵۸۸	۱.۶۶۷	۱.۷۴۶	۱.۸۲۵	۱.۹۰۴	۱.۹۸۳

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۱.۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱.۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱.۶۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
		۱.۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۱.۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
		۱.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱.۶۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
		۱.۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱.۷۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
CV%: 2.689		SD: 0.045		Mean: 1.673	

