

permium plus : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۷/۲۸:

سری ساخت : ۱۸۱۲

B2 Microglobulin-CLIA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۲	۰.۲۰۷	۲.۴۹۹	۲.۷۰۶	۲.۹۱۲	۳.۱۲	۳.۳۲۷	۳.۵۳۴	۳.۷۴۱

مقدار	تاریخ
۲.۹۴	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲.۶۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۳

مقدار	تاریخ
۳.۴۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳.۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۳.۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۳.۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۳

مقدار	تاریخ
۲.۸۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳.۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲.۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳.۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۹

CV%: 7.911	SD: 0.242	Mean: 3.057
------------	-----------	-------------

