

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA  
عنوان دستگاه : هیتاچی 917

سری ساخت : BP121

عنوان کنترل : pts con  
شروع کنترل : 1400/09/04

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
2.03	1.89	1.75	1.61	1.47	1.33	1.19	0.14	3.8

تاریخ	مقدار
30/09/1400	1.77
02/10/1400	1.74

تاریخ	مقدار
21/09/1400	1.81
23/09/1400	1.6
25/09/1400	1.7
28/09/1400	1.72

تاریخ	مقدار
11/09/1400	1.78
14/09/1400	1.79
16/09/1400	1.75
18/09/1400	1.75

Mean: 1.741	SD: 0.059	CV%: 3.408
-------------	-----------	------------

