

عنوان کنترل : pts con  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۹/۰۴:

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA  
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷  
سری ساخت : BP121

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۷۷۸	۰.۰۸۲	۱.۴۸	۱.۵۶۲	۱.۶۴۴	۱.۷۲۶	۱.۸۰۸	۱.۸۹	۱.۹۷۲

مقدار	تاریخ
۱.۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۱.۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۱.۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۱.۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱.۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱.۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱.۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۸

CV%: 4.813	SD: 0.082	Mean: 1.712
------------	-----------	-------------

