

عنوان کنترل : pts con
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۰۴:

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP121

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۳۶	۰.۰۹۱	۱.۴۳۴	۱.۵۲۵	۱.۶۱۶	۱.۷۰۷	۱.۷۹۸	۱.۸۸۹	۱.۹۸

مقدار	تاریخ
۱.۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۷

مقدار	تاریخ
۱.۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۱.۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۳
۱.۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۵

مقدار	تاریخ
۱.۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱.۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱.۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۸

CV%: 6.442	SD: 0.112	Mean: 1.737
------------	-----------	-------------

