

عنوان کنترل : pts con
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۰۴:

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP121

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۸۷۵	۰.۰۸۵	۱.۴۸	۱.۵۶۵	۱.۶۵	۱.۷۳۵	۱.۸۲	۱.۹۰۵	۱.۹۹

مقدار	تاریخ
۱.۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۱.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱.۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱.۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱.۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱.۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۱.۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۱.۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۱.۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱.۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

CV%: 4.165	SD: 0.069	Mean: 1.667
------------	-----------	-------------

