

عنوان کنترل : pts con
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۰۴:

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP121

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۶۴۵	۰.۰۸	۱.۴۷۸	۱.۵۵۸	۱.۶۳۸	۱.۷۱۸	۱.۷۹۸	۱.۸۷۸	۱.۹۵۸

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱.۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱.۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۱.۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۱.۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۱.۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۱.۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۱.۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱.۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۱

CV%: 5.14	SD: 0.085	Mean: 1.66
-----------	-----------	------------

