

عنوان کنترل : pts con  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۹/۰۴:

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA  
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷  
سری ساخت : BP121

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۴۷۳	۰.۰۷۵	۱.۴۵۳	۱.۵۲۸	۱.۶۰۳	۱.۶۷۸	۱.۷۵۳	۱.۸۲۸	۱.۹۰۳

مقدار	تاریخ
۱.۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱.۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱.۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶

CV%: 1.785	SD: 0.03	Mean: 1.672
------------	----------	-------------

