

عنوان کنترل : pts con  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۹/۰۴:

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA  
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷  
سری ساخت : BP121

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۴۷۵	۰.۰۵۸	۱.۴۹۸	۱.۵۵۶	۱.۶۱۴	۱.۶۷۳	۱.۷۳	۱.۷۸۸	۱.۸۴۶

مقدار	تاریخ
۱.۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۴
۱.۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۶
۱.۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۹

مقدار	تاریخ
۱.۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۳
۱.۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۱.۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱.۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱.۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳

مقدار	تاریخ
۱.۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱.۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۱.۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۱.۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱.۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۰

CV%: 4.201	SD: 0.069	Mean: 1.645
------------	-----------	-------------

