

عنوان کنترل : pts con
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۰۴:

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP121

%CV	SD	SD _{۲-}	SD _{۲-}	SD _{۱-}	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۳.۷۳۹	۰.۰۶۲	۱.۴۷۱	۱.۵۳۳	۱.۵۹۵	۱.۶۵۷	۱.۷۱۹	۱.۷۸۱	۱.۸۴۳

مقدار	تاریخ
۱.۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۴
۱.۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۷
۱.۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۹

مقدار	تاریخ
۱.۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱.۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۱.۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱.۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱.۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۲

مقدار	تاریخ
۱.۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱.۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱.۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱.۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱.۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۰

CV%: 4.32	SD: 0.074	Mean: 1.722
-----------	-----------	-------------

