

عنوان کنترل : pts con
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۰۴:

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP121

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۲۵۸	۰.۰۹	۱.۴۵۱	۱.۵۴۱	۱.۶۳۱	۱.۷۲۱	۱.۸۱۱	۱.۹۰۱	۱.۹۹۱

مقدار	تاریخ
۱.۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۳
۱.۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱.۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۱.۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۱.۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱.۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۱.۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۰

CV%: 5.368	SD: 0.088	Mean: 1.641
------------	-----------	-------------

