

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP121
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
کنترل پاتولوژیک : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۰۳۱	۰,۶۲۳	۵,۸۹۳	۶,۵۱۶	۷,۱۳۹	۷,۷۶۲	۸,۳۸۵	۹,۰۰۸	۹,۶۳۱

مقدار	تاریخ
۷,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶,۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۶,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۷,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱

CV%: 9.14	SD: 0.624	Mean: 6.825
-----------	-----------	-------------

