

عنوان کنترل : pts con
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۰۴:

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷
سری ساخت : BP121

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۴۹۷	۰.۱۱	۱.۳۵۶	۱.۴۶۶	۱.۵۷۶	۱.۶۸۶	۱.۷۹۶	۱.۹۰۶	۲.۰۱۶

مقدار	تاریخ
۱.۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸

مقدار	تاریخ
۱.۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱.۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱.۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱.۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵

مقدار	تاریخ
۱.۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱.۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱.۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱.۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷

CV%: 6.923	SD: 0.119	Mean: 1.717
------------	-----------	-------------

