

permium plus : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۴/۱۸:

B2 Microglobulin-CLIA : عنوان آزمایش :  
لیازون : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۱۰۷-

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۵.۱	۰.۱۸	۲.۱۶	۲.۳۴	۲.۵۲	۲.۷	۲.۸۸	۲.۰۶	۲.۲۴

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲.۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۲

مقدار	تاریخ
۲.۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲.۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲.۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۲.۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۲.۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۲.۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۲.۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱

CV%: 7.967	SD: 0.226	Mean: 2.841
------------	-----------	-------------

