

عنوان کنترل : pts con
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

سری ساخت : BP121

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA
عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۷۳۲	۰,۱۱۵	۱,۳۶۴	۱,۴۷۹	۱,۵۹۴	۱,۷۰۹	۱,۸۲۴	۱,۹۳۹	۲,۰۵۴

مقدار	تاریخ
۱,۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۱,۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۱,۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱,۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹

مقدار	تاریخ
۱,۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱,۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱,۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷

CV%: 5.862	SD: 0.097	Mean: 1.654
------------	-----------	-------------

