

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : Diasorin-1
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۹/۰۱:

سری ساخت : ۴۰۱۹۳۸۱

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۱	۰.۱	۰.۹۴	۱.۰۴	۱.۱۴	۱.۲۴	۱.۳۴	۱.۴۴	۱.۵۴

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۱.۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱.۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۱.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۱.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱.۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۱.۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۱.۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱.۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۱.۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۱.۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۱.۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۱.۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۱.۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۱.۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۱.۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۱.۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۱.۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۱.۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۱.۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 6.887	SD: 0.089	Mean: 1.287
------------	-----------	-------------