

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Diasorin-2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۸/۰۳:

سری ساخت : ۴۰۲۹۳۸۱

B2 Microglobulin : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۰.۵۹۱	۰.۷۲۱	۴.۶۴۷	۵.۳۶۸	۶.۸۱	۷.۵۳۱	۸.۲۵۳	۸.۹۷۳

مقدار	تاریخ
۸.۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۶.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۷.۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۷.۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۸.۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۷.۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۷.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۸.۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۶.۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۸.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۷.۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۸.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۶.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۸.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۵.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۷.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۸.۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۷.۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۸.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۷.۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۷.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۸.۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۷.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۷.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۸.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۷.۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 9.681	SD: 0.746	Mean: 7.706
------------	-----------	-------------