

High : عنوان کنترل : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ شروع کنترل : ۵۰۸۶۶۳ / سری ساخت : CA-125 : عنوان آزمایش : E411 کوباس : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۷	۶.۲۸۳	۷۰.۳۰۱	۷۶.۵۸۴	۸۲.۸۶۷	۸۹.۱۵	۹۵.۴۳۳	۱۰۱.۷۱۶	۱۰۷.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۹۱.۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۹۳.۳۹	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۹۳.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۸۴.۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۹۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۸۸.۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۹۸.۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۹۲.۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۹۰.۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۸۷.۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۸۴.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۸۶.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۸۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹

CV%: 4.515	SD: 4.05	Mean: 89.692
------------	----------	--------------

