

High : عنوان کنترل : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵  
 CA-125 : عنوان آزمایش : ۱۴۰۰/۱۱/۰۶  
 E411 کوباس : عنوان دستگاه : ۱۴۰۰/۱۱/۰۶  
 سری ساخت : ۵۰۸۶۶۳

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۷	۶.۲۸۳	۷۰.۳۰۱	۷۶.۵۸۴	۸۲.۸۶۷	۸۹.۱۵	۹۵.۴۳۳	۱۰۱.۷۱۶	۱۰۷.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۹۳.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۸۷.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۹۴.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۹۶.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۹۱.۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۸۸.۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۹۸.۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۹۲.۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۹۱.۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۹۳.۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۹۳.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۹۳.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۳

مقدار	تاریخ
۸۸.۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۸۷.۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۸۴.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۸۶.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۸۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۸۴.۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۹۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۱

CV%: 4.327	SD: 3.917	Mean: 90.521
------------	-----------	--------------

