

عنوان آزمایش : CA-125  
عنوان دستگاه : simense  
عنوان کنترل : Permium plus III  
سری ساخت : ۱۷۶۶  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۵.۳۳۵	۱۲.۱۸۲	۱۹۲.۲۲۱	۲۰۴.۴۰۳	۲۱۶.۵۸۵	۲۲۸.۷۶۷	۲۴۰.۹۴۹	۲۵۳.۱۳۱	۲۶۵.۳۱۳

مقدار	تاریخ
۲۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۲۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۲۴۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۲۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲۳۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲۳۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۳۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 4.558	SD: 10.782	Mean: 236.542
------------	------------	---------------

