

Permium plus III : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : CA-125
 شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ : سری ساخت : ۱۹۴۲ : عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۲	۸.۲۲۲	۱۶۰.۳۳۴	۱۶۸.۵۵۶	۱۷۶.۷۷۸	۱۸۵	۱۹۳.۲۲۳	۲۰۱.۴۴۴	۲۰۹.۶۶۶

مقدار	تاریخ
۱۹۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۸۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۷۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۱۸۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۲۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۳
۱۷۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۱۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۸۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۷۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۰
۱۷۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۱۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۸۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۱۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۳
۱۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۴
۱۷۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۷۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۷۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱۷۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۱۷۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۰
۱۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱۹۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۲

CV%: 5.763	SD: 10.525	Mean: 182.629
------------	------------	---------------

