

عنوان آزمایش : CA-125
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : Permium plus III
سری ساخت : ۱۹۴۲
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۱۶۱	۱۱.۲۷۲	۱۴۹.۱۵۱	۱۶۰.۴۲۳	۱۷۱.۶۹۵	۱۸۲.۹۶۷	۱۹۴.۲۳۹	۲۰۵.۵۱۱	۲۱۶.۷۸۲

مقدار	تاریخ
۱۷۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۱۷۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۱۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۱۹۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۷۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۶۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۱۸۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۱۷۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۶۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۱۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۷۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱۷۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۱۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۲۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۱۸۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۱۹۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۱۷۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۱۶۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۱۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۱

CV%: 6.294	SD: 11.305	Mean: 179.609
------------	------------	---------------

