

عنوان کنترل : abbot-I

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : CA-125

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۳	۱.۳۶	۹.۵۴	۱۰.۹	۱۲.۳۶	۱۳.۶۲	۱۴.۹۸	۱۶.۳۴	۱۷.۷

مقدار	تاریخ
۱۳.۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۳.۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۳.۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۴.۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۳.۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۴.۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۱۳.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۳

CV%: 2.718	SD: 0.375	Mean: 13.808
------------	-----------	--------------

