

عنوان کنترل : abbot-I

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : CA-125

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۷۱۸	۰.۳۷۵	۱۲.۶۸۳	۱۳.۰۵۸	۱۳.۴۳۳	۱۳.۸۰۸	۱۴.۱۸۳	۱۴.۵۵۸	۱۴.۹۲۳

مقدار	تاریخ
۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴.۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۳.۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۳.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۳.۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۴.۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱۳.۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۱۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۳.۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۱۴.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۴.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۴.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۳.۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۳.۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۳.۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۴.۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۳.۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۳.۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۱۳.۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 2.764	SD: 0.382	Mean: 13.83
------------	-----------	-------------

