

عنوان کنترل : abbot-I

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : CA-125

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۸۱۸	۰.۳۸۹	۱۲.۶۴۵	۱۳.۰۳۴	۱۳.۴۳۳	۱۳.۸۱۲	۱۴.۲۰۱	۱۴.۵۹	۱۴.۹۷۹

مقدار	تاریخ
۱۳.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۳.۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۳.۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۳.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۱۳.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۳.۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۱۳.۳	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱۴.۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۴.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۴.۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۳.۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۳.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۱۳.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱۳.۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۴.۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۳.۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۳.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۳.۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۱۳.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۴.۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۴.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱۳.۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱

CV%: 3.022	SD: 0.413	Mean: 13.668
------------	-----------	--------------

