

عنوان آزمایش : CA-125  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
سری ساخت : ۱۴۰۰۱  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۵.۹	۲.۱۶۷	۲۴.۹۹۹	۲۸.۱۶۶	۳۱.۳۳۳	۳۴.۵	۳۷.۶۶۷	۴۰.۸۳۴	۴۴.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵

مقدار	تاریخ
۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۴

CV%: 1.673	SD: 0.577	Mean: 34.5
------------	-----------	------------

