

عنوان آزمایش : CA-125  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱  
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۱.۸	۰.۸۱۷	۸.۹۹۹	۹.۸۱۶	۱۰.۶۳۳	۱۱.۴۵	۱۲.۲۶۷	۱۳.۰۸۴	۱۳.۹۰۱

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۰.۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵

مقدار	تاریخ
۱۱.۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۱۳.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۱۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۲.۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۱۲.۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۲.۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۳

CV%: 7.258	SD: 0.871	Mean: 12.006
------------	-----------	--------------

