

عنوان آزمایش : CA-125  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
سری ساخت : ۱۴۰۰۴  
عنوان کنترل : کنتزل HIGH  
شروع کنتزل : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۵.۹	۱۳.۳۳۳	۱۳۰.۰۰۱	۱۳۳.۳۳۴	۱۴۶.۶۶۷	۱۶۰	۱۷۳.۳۳۳	۱۸۶.۶۶۶	۱۹۹.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۸۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۱۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۱۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
۱۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۱۶۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۱۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۱۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۷

CV%: 7.104	SD: 11.81	Mean: 166.25
------------	-----------	--------------

