

عنوان آزمایش : CA-125
 عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
 سری ساخت : ۵۲۳۹۶۰
 عنوان کنترل : Tumor marker I
 شروع کنترل :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۶:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷	۲.۲۳۳	۲۵.۲۰۱	۲۷.۴۳۴	۲۹.۶۶۷	۳۱.۹	۳۴.۱۳۳	۳۶.۳۶۶	۳۸.۵۹۹

مقدار	تاریخ
۳۰.۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۳۰.۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۰.۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۹.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۰.۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۵

مقدار	تاریخ
۳۰.۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۳۰.۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۹.۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۰

CV%: 1.324	SD: 0.4	Mean: 30.248
------------	---------	--------------

