

عنوان آزمایش : CA-125
 عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
 سری ساخت : ۵۳۳۹۶۰
 عنوان کنترل : Tumor marker I
 شروع کنترل :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۶:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷	۲.۲۳۳	۲۵.۲۰۱	۲۷.۴۳۴	۲۹.۶۶۷	۳۱.۹	۳۴.۱۳۳	۳۶.۳۶۶	۳۸.۵۹۹

مقدار	تاریخ
۲۹.۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۲۸.۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۳۱.۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۲۹.۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۲۸.۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۸.۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۲۹.۷	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۸.۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۳۰.۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳۱.۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۳۳.۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳۳.۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۳۰.۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۸.۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۸.۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۸.۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۲۹.۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۰.۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۳۰.۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۹.۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۳۰.۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۹.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۰.۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۳۰.۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۳۰.۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۳۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۲۸.۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۶

CV%: 4.595	SD: 1.378	Mean: 29.991
------------	-----------	--------------

