

عنوان آزمایش : CA-125  
 عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
 سری ساخت : ۵۳۳۹۶۰  
 عنوان کنترل : Tumor marker I  
 شروع کنترل :  
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۶:

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۸۲۹	۱.۱۳۷	۲۶.۲۷۵	۲۷.۴۱۲	۲۸.۵۴۹	۲۹.۶۸۶	۳۰.۸۲۳	۳۱.۹۶	۳۳.۰۹۷

مقدار	تاریخ
۲۹.۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۳۲.۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۳۱.۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۰.۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۲۹.۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۳۰.۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۳۱.۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۳۰.۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۸.۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۲۷.۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۲۸.۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱

CV%: 4.164	SD: 1.237	Mean: 29.715
------------	-----------	--------------

