

Permium plus I : عنوان کنترل : CA-125 : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ : سری ساخت : ec۱۸۶۲ : simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۲	۱.۴۶۷	۱۷.۷۹۹	۱۹.۲۶۶	۲۰.۷۳۳	۲۲.۲	۲۳.۶۶۷	۲۵.۱۳۴	۲۶.۶۰۱

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۳
۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۸
۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۷

CV%: 8.299	SD: 1.843	Mean: 22.211
------------	-----------	--------------

