

permium plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۵/۱۷

CA-125 : عنوان آزمایش :
Liaison : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۱۰۷

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۶۰۹	۴,۸۹	۹۱,۴۳۷	۹۶,۳۲۷	۱۰۱,۲۱۷	۱۰۶,۱۰۷	۱۱۰,۹۹۷	۱۱۵,۸۸۷	۱۲۰,۷۷۷

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲

مقدار	تاریخ
۱۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۰۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۰۱,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۰۱,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶

CV%: 3.501	SD: 3.642	Mean: 104.036
------------	-----------	---------------

