

عنوان کنترل : abbot-III
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

عنوان آزمایش : CA-125
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۲۹۱	۳,۹۰۷	۶۲,۱۱۵	۶۶,۰۲۲	۶۹,۹۲۹	۷۳,۸۳۶	۷۷,۷۴۳	۸۱,۶۵	۸۵,۵۵۷

مقدار	تاریخ
۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۷۰,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۲

مقدار	تاریخ
۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۷۱,۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

مقدار	تاریخ
۷۰,۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۷۰,۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۷۱,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۷۱,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴

CV%: 3.34	SD: 2.429	Mean: 72.73
-----------	-----------	-------------

