

عنوان کنترل : abbot-II

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

سری ساخت : ۲۵۷۱۰۲۱۱/

عنوان آزمایش : CA-125

عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۴.۳	۲.۴۵	۲۹.۸	۳۲.۲۵	۳۴.۷	۳۷.۱۵	۳۹.۶	۴۲.۰۵	۴۴.۵

مقدار	تاریخ
۳۵.۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۳۳.۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۳۷.۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۸

مقدار	تاریخ
۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۳۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۳۴.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۳۷.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۳۳.۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۵

مقدار	تاریخ
۳۲.۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۳۳.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳۳.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۵

CV%: 4.635	SD: 1.598	Mean: 34.491
------------	-----------	--------------

