

عنوان کنترل : abbot-II  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

سری ساخت : ۲۵۷۱۰۲۱۱/

عنوان آزمایش : CA-125  
عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۷۲۶	۱.۶۱	۲۹.۲۳۷	۳۰.۸۴۷	۳۲.۴۵۷	۳۴.۰۶۷	۳۵.۶۷۷	۳۷.۲۸۷	۳۸.۸۹۷

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۳۲.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۶

مقدار	تاریخ
۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳۲.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۴

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۳۲.۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۹

CV%: 2.619	SD: 0.862	Mean: 32.9
------------	-----------	------------

