

permium plus II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۵/۱۷

CA-125 : عنوان آزمایش :  
Liaison : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۱۰۷

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۴۰۶	۴,۷۴۴	۹۳,۴۳۵	۹۸,۱۷۹	۱۰۲,۹۲۳	۱۰۷,۶۶۷	۱۱۲,۴۱۱	۱۱۷,۱۵۵	۱۲۱,۸۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۱۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۱۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۳,۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۱۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۹

CV%: 4.612	SD: 4.868	Mean: 105.55
------------	-----------	--------------

