

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-I  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۹/۲۴:

سری ساخت : ۳۲۹۰۱۸۱۹۱

عنوان آزمایش : CA-125-CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۶.۹۳۴	۱.۰۹۲	۱۲.۴۷۱	۱۳.۵۶۳	۱۴.۶۵۵	۱۵.۷۴۷	۱۶.۸۳۹	۱۷.۹۳۱	۱۹.۰۲۳

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۱۶.۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۱۵.۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۱۵.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۱۵.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۵.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۱۶.۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۱۵.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱۵.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۱۵.۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۱۵.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۱۵.۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۱۵.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۱۵.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۱۵.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹

CV%: 3.643	SD: 0.565	Mean: 15.519
------------	-----------	--------------