

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : CA-125
 عنوان دستگاہ : elecsys
 عنوان کنترول : عنوان کنترول : Tumor marker I
 سری ساخت : ۴۰۵۸۴۴
 شروع کنترول : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۷	۲.۸	۳۱.۴	۳۴.۲	۳۹.۸	۴۲.۶	۴۵.۴	۴۸.۲

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۴۰.۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۴۰.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۶

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۳۸.۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹

CV%: 3.222	SD: 1.294	Mean: 40.159
------------	-----------	--------------

