

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
 عنوان دستگاه : زیمنس
 عنوان کنترل : premiumII
 شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
 سری ساخت : ۱۷۶۵

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۴۱۴	۲.۸۲۶	۲۵.۵۸۶	۲۸.۴۱۲	۴۱.۲۳۸	۴۴.۰۶۴	۴۶.۸۹	۴۹.۷۱۶	۵۲.۵۴۲

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۴۸.۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۵۱.۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۴۱.۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴۶.۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۴۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۳.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۴۳.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۴۲.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۴۳.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۴۶.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۴۷.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۴۳.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴۷.۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۴۲.۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۵۱.۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۹.۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۴۲.۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۴۵.۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۴۲.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۱

CV%: 7.374	SD: 3.311	Mean: 44.9
------------	-----------	------------

