

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
 عنوان دستگاه : زیمنس
 عنوان کنترل : premiumII
 شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
 سری ساخت : ۱۷۶۵

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۴۸	۲.۹۰۶	۳۶.۱۱۹	۳۹.۰۲۵	۴۱.۹۳۱	۴۴.۸۳۷	۴۷.۷۴۳	۵۰.۶۴۹	۵۳.۵۵۵

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۴۱.۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۳۹.۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴۵.۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۴۵.۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۳۹.۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۴۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۳.۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۴۴.۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۵۰.۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۳۷.۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۴۵.۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۴۳.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۴۳.۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۴۹.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۴۷.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۴۷.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴۳.۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۳۹.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴۵.۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۴۱.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۴۶.۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۹

CV%: 7.931	SD: 3.493	Mean: 44.035
------------	-----------	--------------

