

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA  
عنوان دستگاه : immulit  
سری ساخت : ۱۷۶۶  
عنوان کنترل : premiumIII  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۷.۶۹۶	۶.۲۷۹	۶۲.۷۴۶	۶۹.۰۲۵	۷۵.۳۰۴	۸۱.۵۸۳	۸۷.۸۶۲	۹۴.۱۴۱	۱۰۰.۴۲

مقدار	تاریخ
۸۶.۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۸۶.۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۷۹.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۹.۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۸۴.۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۷۹.۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۸۱.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۸.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۸.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷۶.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۸۶.۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۷۶.۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۷۷.۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۴.۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۸۵.۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۸۲.۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۷۷.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۸۲.۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۷۹.۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۷۸.۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 4.715	SD: 3.777	Mean: 80.104
------------	-----------	--------------

